

# Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i

Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Oznámený subjekt č. 1024 – Notified Body 1024



vydává

## CERTIFIKÁT EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU č. 1024/E-058/2020

**výrobci:** BTL Industries, Ltd.  
161 Cleveland Way Stevenage,  
SG1 6BU Hertfordshire, Velká Británie

**identifikační číslo:** 826

**na výrobek:** BTL Respirator

**typ:** FLAT-FIT Healthcare Respirator

Certifikací bylo potvrzeno, že výše uvedený osobní ochranný prostředek, včetně příslušné technické dokumentace, je v souladu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, jak je uvedeno v závěrečné zprávě o certifikaci č. 1024/ZZ-052/2020, která je nedílnou součástí tohoto certifikátu.

Pro posouzení shody byly použity tyto harmonizované normy/specifikace:

**ČSN EN 149:2002 +A1:2009**      Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační polomasky  
**ČSN EN 149+A1 OPRAVA 1:2018**      k ochraně proti částicím. Požadavky, zkoušení a značení (idt. EN 149:2001+A1:2009)

Certifikace byla provedena podle certifikačního schématu nařízení (EU) 2016/425 modul B.

Značení a návod na používání byl posuzován pouze v českém jazyce.

Tento certifikát je platný do 23. 7. 2025.

Jménem Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.  
oznámeného subjektu 1024




V Praze dne 23. 7. 2020

Ing. Jiří Tílhon, Ph.D.

Certifikát EU přezkoušení typu č.1024/E-058/2020

Popis a zobrazení certifikovaného osobního ochranného prostředku



Filtrační polomaska proti částicím **BTL FLAT-FIT Healthcare Respirator FFP2 NR** slouží k ochraně dýchacích orgánů uživatele proti pevným a kapalným aerosolům podle návodu výrobce.

Výrobek splňuje požadavky pro zařazení do třídy FFP2.

Výrobek je zařazen do kategorie III, a proto musí být používán pouze ve spojení s kontrolami podle modulu C2 ve smyslu nařízení (EU) 2016/425.



Vzor označení CE. V případě účasti oznámeného subjektu v etapě kontroly výroby (kategorie III, modul C2 nebo D), musí být za označením CE připojeno identifikační číslo tohoto subjektu.